



Bienvenue sur le Radiation Portal Switzerland RPS

Le système de gestion des demandes, des autorisations et des déclarations en radioprotection

Instructions pour l'enregistrement d'une demande d'exploitation d'une installation non médicale produisant des rayonnements ionisants pour le contrôle des moyens de protection

Étapes :

- [Saisir une nouvelle demande d'examen des moyens de protection](#)
- [Sélectionner le domaine d'utilisation](#)
- [Installation](#)
- [Utilisation prévue](#)
- [Emplacement et plan de radioprotection](#)
- [Experts](#)
- [Autres informations](#)
- [Récapitulatif](#)



La délégation d'une demande à une entreprise spécialisée ne peut pas être utilisée dans la version actuelle du RPS pour le type d'autorisation **"Exploitation d'une installation non médicale de production de radiations ionisantes"** !



Saisir une nouvelle demande d'examen des moyens de protection

Tableau de bord

Tâches

- 0 Traiter ses propres demandes (les demandes n'ont pas encore été soumises)
- 0 Vérifier les prolongations d'autorisation en cours ou l'expiration des autorisations
- 0 Contrôle des demandes d'utilisateurs/accès / Vérifier et valider les demandes d'accès des utilisateurs
- 0 Traiter les charges avec délai
- 0 Traiter le relevé des doses de rayonnement des examens radiologiques
- 0 Traiter la demande de notification de dosimétrie

Informations

- 0 Autorisations actives
- 0 Statut des demandes soumises
- 0 Autorisations radiées
- 0 Charges dans les autorisations actives (sans délai)
- 0 Personnes expertes actives
- 0 Demandes d'autorisations étendues/de rôles supplémentaires
- 0 Demandes de reprise d'une autorisation existante
- 0 Aperçu des enquêtes sur les doses de rayonnement des examens radiologiques
- 0 Aperçu de la déclaration de dosimétrie

Actions

- Saisir une nouvelle demande**
- Adaptation, remplacement ou déménagement d'une autorisation existante
- Reprise d'une autorisation existante (p. ex. reprise d'un cabinet médical)
- Mutation en masse personnes expertes
- Délégation d'une demande à une entreprise spécialisée
- Gérer les données de base et les dossiers
- Administration des utilisateurs
- Demander un nouveau lien avec une autre entreprise ou saisir une nouvelle entreprise
- Niveaux de référence diagnostiques (NRD) nationaux publiés pour les examens radiologiques

1. Cliquer ici

3. Sélectionner votre entreprise

Informations sur le requérant

Terme de recherche

- C-799992 RPS Go-live Standort Zug
Hauptstrasse 1, 6330 Cham (ZG), Suisse
- D-40408 Diverse
Street 342601 21, 4710 Balsthal (SO), Suisse
- D-39948 Radiologie**
Test 22, 6343 Rotkreuz (ZG), Suisse
- D-40608 Aktiv/inaktiv
Hauptstrasse 1, 6330 Cham (ZG), Suisse

Saisir une nouvelle entreprise | Saisir un nouveau département | Interrompre | Sélectionner

Types de demandes pour les nouvelles demandes (pas d'adaptations d'autorisations)

Remarque importante
Notez que les autorisations existantes peuvent être complétées et adaptées à l'aide de la commande "Mutation" (pour les systèmes de radiologie médicale, notamment pour le formel, le technique, ci-dessous pour afficher la liste de vos autorisations actives: "Mutation"; - sélectionnez ensuite l'autorisation à adapter et cliquez sur le bouton "Mutation/adaptation" directement dans l'autorisation selon le type d'autorisation.

Installations

- (F0401) Exploitation d'un système radiologique à usage médical
- (F0402) Exploitation d'une installation non médicale de production de radiations ionisantes**
- (F0403) Exploitation d'un accélérateur médical y.c. composants radiologiques pour l'IGRT

2. Cliquer ici



Sélection du domaine d'utilisation

Reprendre les données marquées en jaune

1 Requéran / titulaire de l'autorisation
2 Sélection du domaine d'utilisation
3 Installation
4 Utilisation prévue
5 Emplacement et plan de radioprotection
6 Experts
7 Autres informations
8 Récapitulatif


Sélection du domaine d'utilisation

i Veuillez indiquer ici le domaine qui correspond le mieux à l'utilisation et de sélectionner cette dernière

Domaine d'utilisation *
Autre

Autre domaine d'utilisation *
Contrôle des moyens de protection

Commentaire
Installation mobile pour le contrôle des moyens de protection



Contrôle des moyens de protection

Installation mobile pour le contrôle des moyens de protection



Installation

Reprendre les données
marquées en jaune

Exploitation d'une installation non médicale de production de radiations ionisantes

- 1 Requérent / titulaire de l'autorisation
- 2 Sélection du domaine d'utilisation
- 3 Installation**
- 4 Utilisation prévue
- 5 Emplacement et plan de radioprotection
- 6 Experts
- 7 Autres informations
- 8 Récapitulatif

Installation

Saisissez ici toutes les données concernant le système de radiographie

Si votre appareil contient une source radioactive scellée, veuillez demander en plus une autorisation pour l'utilisation d'appareils XRF comme par exemple le Heuresis Pb 200i ayant une source de ²¹⁰Pb intégrée en sont un exemple.

| | |
|---|----------------------------------|
| Désignation du système selon le fournisseur * | FlowD |
| Fabricant * | LINEV Systems EU |
| Entreprise d'installation * | Menges Medizintechnik Schweiz AG |
| Courant maximal du tube radiologique [mA] | 1.2 |
| Tension maximale du tube radiologique [kV] | 100 |
| Puissance maximale du tube radiologique [W] | 500 |
| Date de la mise en service | |
| Veuillez sélectionner le genre d'utilisation * | |
| Installations mobiles | |
| L'installation à rayons X est-elle dotée d'un dispositif de protection partielle ou totale? * | |
| <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | |
| Protection * | |
| <input checked="" type="radio"/> Dispositif de protection totale <input type="radio"/> Dispositif de protection partielle | |
| Numéro de série | |
| Remarques | |

Utiliser ces textes
pour faire du
copier-coller

FlowD

LINEV Systems EU

Menges Medizintechnik Schweiz AG

1.2

100

500



Utilisation prévue

1 Requéant / titulaire de l'autorisation

2 Sélection du domaine d'utilisation

3 Installation

4 **Utilisation prévue**

5 Emplacement et plan de radioprotection

6 Experts

7 Autres informations

8 Récapitulatif

Utilisation prévue

Veillez saisir ici l'utilisation envisagée et la fréquence d'utilisation du système radiologique

Utilisation prévue *

Autre

Autre utilisation prévue *

Contrôle des moyens de protection

Fréquence d'utilisation

h/semaine

Informations complémentaires

Reprendre les données marquées en jaune

Utiliser ces textes pour faire du copier-coller

Contrôle des moyens de protection



Emplacement et plan de radioprotection

- 1 Requérent / titulaire de l'autorisation
- 2 Sélection du domaine d'utilisation
- 3 Installation
- 4 Utilisation prévue
- 5 Emplacement et plan de radioprotection**
- 6 Experts
- 7 Autres informations
- 8 Récapitulatif

Emplacement et plan de radioprotection

i Veuillez saisir ici le lieu de l'utilisation du système de radiographie.

i Veuillez saisir les informations de radioprotection et les télécharger. Uniquement requis pour les installations sans dispositif de protection partielle ou totale

| Emplacement | Description | Installation à l'extérieur | Bâtiment | Étage | Numéro du local | Désignation du local | Numéro du plan | Date du plan | Auteur du plan |
|---------------|-------------|----------------------------|----------|-------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| À l'intérieur | | | | | | Radiographie | | | |

+ Ajouter

Avez-vous des remarques à ajouter sur le local ?

Plan de radioprotection

+ Télécharger des documents

Local

Emplacement : À l'intérieur À l'extérieur

Désignation du bâtiment

Désignation de l'étage

Numéro du local

Désignation du local *
Radiographie

Numéro du plan

Date du plan

Auteur du plan

Adresse électronique de l'auteur du plan

Interrompre **Ajouter**



Experts

Exploitation d'une installation non médicale de production de radiations ionisantes Nouvelle demande

- 1 Requérant / titulaire de l'autorisation
- 2 Sélection du domaine d'utilisation
- 3 Installation
- 4 Utilisation prévue
- 5 Emplacement et plan de radioprotection
- 6 Experts**
- 7 Autres informations
- 8 Récapitulatif

Experts

i Pour obtenir une autorisation d'utiliser des rayonnements ionisants, il faut identifier les personnes responsables de la radioprotection. Dans le cas d'une utilisation sur des êtres humains, d'un point de vue technique. [Lien vers registre des professions médicales \(FR\)](#) et dans le cas d'une utilisation sur des animaux, d'un point de vue technique. [Lien vers registre des professions reconnues et adaptée à l'activité est requise conformément à l'ordonnance sur la formation en radioprotection du 26 août 2010.](#)

| nom | Date de naissance | Formations | Adresse électronique |
|-----------------|-------------------|------------|----------------------|
| Murisier Fabian | 26.03.1971 | | f.murisier@domain.ch |

Saisir la ou les
personne(s)
experte(s)



Autres informations

Exploitation d'une installation non médicale de production de radiations ionisantes

Nouvelle demande

- 1 Requéran / titulaire de l'autorisation
- 2 Sélection du domaine d'utilisation
- 3 Installation
- 4 Utilisation prévue
- 5 Emplacement et plan de radioprotection
- 6 Experts
- 7 Autres informations**
- 8 Récapitulatif

Autres informations

Confirmation *
 Le requérant confirme que l'utilisation des rayonnements ionisants sollicitée n'aura lieu qu'à partir du moment où l'autorisation de l'OFSP aura été délivrée.

Surveillance de l'exposition professionnelle aux radiations (dosimétrie) *
 Le requérant confirme que les dispositions de l'ordonnance sur la dosimétrie sont connues et, si nécessaire, appliquées.

Sélectionnez la/les langue(s) du document de décision *
 Allemand Français Italien

Remarques / commentaires

i Téléchargez ici tous les plans de radioprotection (salle d'irradiation), les descriptions des appareils et des expériences, les directives de radioprotection internes à l'entreprise, les justificatifs, etc. qui sont pertinents pour l'octroi de l'autorisation.

Documents
Pas d'enregistrement

+ Télécharger des documents

Soumettre la demande **Enregistrer** < Retour suivant >

Cocher les champs obligatoires

06.11.2024

[Retour](#)

8



Récapitulatif

Exploitation d'une installation non médicale de production de radiations ionisantes

Nouvelle demande

- 1 Requêteur / titulaire de l'autorisation
- 2 Sélection du domaine d'utilisation
- 3 Installation
- 4 Utilisation prévue
- 5 Emplacement et plan de radioprotection
- 6 Experts
- 7 Autres informations
- 8 Récapitulatif**

Récapitulatif

! Cette demande n'a pas encore été soumise. Veuillez utiliser le bouton de commande 'Soumettre une demande'.

✓ La validation a été réussie.

Requêteur / titulaire de l'autorisation

Entreprise

| | |
|---------------------------|---|
| Nom | RPS Go-live Standort Zug |
| IDE | -- |
| Adresse du domicile légal | Hauptstrasse 1 6330 Cham Zoug Suisse |

Départements (D-39948 - Radiologie)

| | |
|-----------------|--|
| Nom | Radiologie |
| Données de base | RPS Go-live Standort Zug |
| Site | Test 22 6343 Rotkreuz Zoug Suisse |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Nom | RPS Go-live Standort Zug |
| Référence / ajout | -- |
| Adresse | Hauptstrasse 1 6330 Cham |

Vérifier toutes les données et déposer la demande

Soumettre la demande < Retour Suivant >