



Scheda informativa

EMAp capitolo 01.01, pompe tiralatte:

Modifica dell'Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) con effetto dal 1° aprile 2020

Data: 25 maggio 2020

Indicazioni/limitazioni

Le pompe tiralatte sono impiegate per assicurare il nutrimento del lattante con latte materno quando l'allattamento non è possibile a causa di una malattia. Per le pompe tiralatte finora nell'EMAp non figuravano limitazioni quanto a indicazioni mediche. Secondo l'articolo 25 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), i mezzi e gli apparecchi atti a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi rientrano tra le prestazioni obbligatorie dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Nel quadro della revisione dell'EMAp, con un gruppo di esperti sono state stabilite indicazioni per le pompe tiralatte. La condizione per la remunerazione da parte dell'AOMS è una malattia del bambino, della madre allattante o una separazione della madre dal bambino dettata da ragioni mediche. I dispositivi medici per la prevenzione di malattie non rientrano nelle prestazioni obbligatorie dell'AOMS. La remunerazione è esclusa anche per l'utilizzazione di una pompa tiralatte all'unico scopo di assicurare l'indipendenza della madre.

Posizioni di acquisto

La remunerazione dell'acquisto di una pompa tiralatte doppia (che permette di pompare da entrambi i seni contemporaneamente) è inoltre limitata ai bambini nati prematuri. Altri motivi, come ad esempio un parto gemellare o un tempo di pompaggio ridotto, non costituiscono indicazioni per la remunerazione di una pompa tiralatte doppia, visto che non sono considerati una malattia.

Ora, nel capitolo pompe tiralatte oltre alla posizione di acquisto di una pompa tiralatte a mano, ve ne sono due per l'acquisto di una pompa tiralatte elettrica (per una singola e una doppia pompa). Per l'utilizzazione prevista durante un lungo periodo di tempo (come ad es. una malattia organica del bambino) si raccomanda l'acquisto.

Posizione di noleggio

Per quanto riguarda la posizione di noleggio non si distingue come finora tra pompa singola e pompa doppia. In commercio si trovano prevalentemente apparecchi professionali che, vista la loro più lunga durata di vita, sono più economici. Nell'importo massimo rimborsabile (IMR) per il noleggio sono inclusi il ritiro, la pulizia e la riparazione. La durata massima di noleggio delle pompe tiralatte è limitata a 8 settimane, che coincide con il controllo finale del puerperio, effettuato dopo 6-10 settimane, e all'esenzione dalla partecipazione ai costi sino a otto settimane dopo il parto (art. 64 LAMal). In casi motivati dal punto di vista medico, la durata di noleggio può essere prolungata al massimo di altre 8 settimane.

Set d'accessori

All'acquisto di pompe tiralatte sono inclusi i set d'accessori. A volte le dimensioni della coppa per il seno deve essere adattata per motivi medici, ragione per cui è necessario un secondo set d'accessori. Inoltre il set d'accessori dev'essere sostituito per ogni bambino e pertanto devono essere remunerate anche queste posizioni. La remunerazione del doppio set d'accessori per pompa tiralatte è limitata ai bambini nati prematuri.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch
Questa pubblicazione appare anche in lingua tedesca e francese.