



Protocollo Controllo periodico di radioprotezione

Questo modulo deve essere compilato dalla ditta specializzata in occasione dell'esame di condizione dell'impianto a raggi X e conservato nel libretto d'impianto. I risultati fanno parte dei punti di prova dell'esame di condizione.

1 Dati del titolare della licenza

Nome (persona fisica) o ditta (persona giuridica)

Reparto

2 Misure edili di radioprotezione (non si applicano ai piccoli impianti odontoiatrici)

	sì	no	non applicabile
2.1 Il piano di radioprotezione con la tabella di calcolo è disponibile e conservato nel libretto d'impianto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Se presente: sono stati adempiuti tutti gli oneri vincolati alla licenza concernenti le misure edili di radioprotezione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 La disposizione dell'impianto (ubicazione/configurazione dell'impianto, direzione del fascio primario, parete protettiva, superfici perimetrali, porte, finestre, ecc.) nel piano di radioprotezione corrisponde alla disposizione effettiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Le porte, le pareti di protezione, i vetri al piombo, le schermature supplementari, ecc. sono contrassegnati in modo indelebile con l'indicazione dell'equivalenza di piombo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 I prescritti dispositivi elettrici di bloccaggio di schermature nel settore del fascio primario funzionano correttamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

3. Radioprotezione operativa

3.1 Formazione per i periti medici e tecnici in radioprotezione

→ Le modifiche devono essere notificate all'UFSP per mezzo del modulo «Adeguamento dei periti»

	sì	no
3.1.1 Le persone responsabili della perizia medica in radioprotezione sono identiche a quelle indicate nella licenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Le persone responsabili della perizia tecnica in radioprotezione sono identiche a quelle indicate nella licenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Protezione dei pazienti, del personale e di terzi		sì	no
3.2.1	Sono disponibili mezzi di protezione adeguati all'applicazione di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sui raggi x?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2	La sala di radiologia è contrassegnata come area sorvegliata su tutte le porte d'accesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Dosimetria individuale		sì	no
3.3.1	Le dosi di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni sono misurate da un servizio di dosimetria omologato dall'UFSP? (Per persone esposte professionalmente alle radiazioni si intendono le persone che regolarmente, ossia almeno 1 volta alla settimana, si trattengono nelle aree sorvegliate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

4 Esame di stabilità sul sistema a raggi x / sul sistema digitale di ricezione dell'immagine / sul trattamento delle pellicole / sui sistemi di documentazione dell'immagine e sugli apparecchi per la riproduzione dell'immagine (può non essere applicabile nella diagnostica veterinaria)

	sì	no	non applicabile	
4.1	L'esame di stabilità sull'impianto a raggi x è stato eseguito almeno conformemente all'allegato 11 dell'ordinanza sui raggi X?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	L'esame di stabilità sui sistemi digitali di ricezione dell'immagine (radiografia digitale con amplificatore d'immagine, detettore a pannello piatto o detettore a stato solido) è stato eseguito almeno una volta all'anno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	L'esame di stabilità sui sistemi di documentazione dell'immagine (stampante per documenti di refertazione) e sugli apparecchi per la riproduzione dell'immagine (monitor di refertazione) è stato eseguito almeno una volta alla settimana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	L'esame di stabilità sul trattamento delle pellicole (sviluppo delle pellicole) è stato eseguito almeno una volta alla settimana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

5 Conferma della ditta specializzata

Ditta specializzata

Data

Cognome / nome del tecnico