



Guida

Dosimetria materiale non sigillato
V1.1 20.11.2025
www.bag.admin.ch/it/radioprotezione-guide

Contatto

Tel.: 058 462 96 14
E-mail: str@bag.admin.ch

Dosimetria nella manipolazione di materiale radioattivo non sigillato

Le persone professionalmente esposte a radiazione devono essere sottoposte alla dosimetria. Nella manipolazione di materiale radioattivo non sigillato, il metodo per determinare l'esposizione alle radiazioni dipende dal radionuclide, dalla sua attività e dalla quantità annuale di materiale manipolato.

Secondo l'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) [1] e l'ordinanza sulla dosimetria [2], la dose delle persone professionalmente esposte a radiazioni deve essere accertata individualmente. Al momento della manipolazione di materiale radioattivo non sigillato l'esposizione a radiazioni va sor-

vegliata a dipendenza del radionuclide, della sua attività e della quantità annuale di materiale manipolato, mediante dosimetria per il corpo intero, per le estremità e/o misurazione di sondaggio/controllo dell'incorporazione.

Dosimetria nella manipolazione di materiale radioattivo non sigillato

Il perito in radioprotezione di un'azienda stabilisce quali persone nell'azienda sono professionalmente esposte a radiazioni e devono essere sottoposte alla dosimetria. Sono considerate professionalmente esposte a radiazioni le persone che:

- a. nell'ambito della loro attività professionale o della loro formazione professionale possono superare una dose efficace di 1 mSv/anno o una dose equivalente per il cristallino di 15 mSv/anno o per la pelle di 50 mSv/anno;

- b. almeno una volta alla settimana lavorano o ricevono una formazione professionale in aree controllate.

Le persone che manipolano sorgenti radioattive non sigillate e lavorano in aree controllate appartengono alla categoria A delle persone professionalmente esposte alle radiazioni. Le persone che esercitano attività di breve durata nelle aree controllate (p. es. tirocinanti) possono essere equipaggiati con un dosimetro numerato (attribuito nominativamente). In seguito alla restituzione del

dosimetro, i dati personali vengono segnalati al servizio di dosimetria e da esso registrati. Generalmente la sorveglianza delle persone con un'attività di pochi giorni nelle aree controllate viene eseguita mediante un dosimetro elettronico e la registrazione della dose è effettuata dal perito in radioprotezione.

Irradiazione esterna tramite sorgenti radioattive non sigillate

Dosimetria per il corpo intero

A seconda di quali nuclidi utilizzino e delle attività svolte (Allegato 1), l'irradiazione di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni deve essere sorvegliata individualmente mediante un dosimetro per il corpo intero.

Dosimetria delle estremità

Nel caso in cui vengano svolte attività con sorgenti radioattive non sigillate, durante le quali possono verificarsi intensità di dose elevate nell'area delle mani, deve inoltre essere indossato un dosimetro per le estremità. Quest'ultimo è necessario in caso di manipolazioni con emettitori γ o con emettitori β aventi un'energia massima superiore $E_{\beta \max} > 1$ MeV e un'utilizzazione superiore a 200 LA all'anno (Allegato 1). Un dosimetro per le estremità deve essere portato possibilmente nella parte in cui ci si aspetta la dose più elevata. Si tratta generalmente della falange media del dito indice/medio dove viene applicato un rivelatore TLD orientato verso l'interno della mano (mano sinistra per i destrimani, mano destra per i mancini).

In caso di manipolazione di materiale non sigillato, la dose equivalente per le estremità viene calcolata dal servizio di dosimetria con un fattore di correzione pari a 5 a partire dalla dose misurata dal dosimetro ad anello ($H_{extr} = 5 \times$ dose misurata dal dosimetro ad anello). Il servizio di dosimetria deve essere informato in merito a quali persone lavorano con sorgenti non sigillate. In accordo con l'autorità di vigilanza, mediante misurazioni adeguate, è possibile stabilire e utilizzare un fattore di correzione individuale. Questo fattore di correzione individuale deve essere segnalato dal titolare della licenza al servizio di dosimetria.

Irradiazione interna tramite sorgenti radioattive non sigillate

Sorveglianza dell'incorporazione

Tramite la sorveglianza dell'incorporazione individuale viene misurata l'attività accumulata nel corpo o da esso espulsa. Nel caso in cui venga superata un'utilizzazione annua specifica del nucleide di 200 livelli di licenza (LA) per un'attività con sorgenti radioattive non sigillate, o di 20 livelli di licenza per attività con sorgenti volatili o gassose (Allegato 1), deve essere eseguita una sorveglianza dell'incorporazione mediante una misurazione di sondaggio eseguita dall'azienda, o una misurazione dell'incorporazione eseguita da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto (Allegato 2).

I risultati della misurazione di sondaggio non sono utilizzati per l'accertamento della dose. Nel caso in cui il risultato di una misurazione di sondaggio è superiore alla soglia di misura specifica del nucleide (allegato 15, ordinanza sulla dosimetria [2]), deve essere predisposta una misurazione dell'incorporazione. Una misurazione dell'incorporazione non è possibile per i nuclidi con tempo di dimezzamento breve. In questo caso, se la soglia di misura è superata, occorre che un perito, in accordo con l'autorità di vigilanza, verifichi e interpreti i dati per determinare la dose efficace impegnata E50.

Esecuzione delle misure di sondaggio

Per eseguire le misure di sondaggio devono essere disponibili apparecchi di misurazione adeguati (apparecchi di misurazione dell'intensità di dose o della contaminazione) o dispositivi di misurazione adeguati (apparecchi di misurazione a scintillazione liquida). La soglia di misura specifica del radionuclido utilizzato, per il quale vige l'obbligo di sorveglianza, deve essere stabilita mediante una calibrazione o una misurazione comparativa ed essere regolarmente verificata.

La procedura scelta per le misurazioni di sondaggio, la calibrazione così come la garanzia di qualità devono essere documentate in direttive aziendali interne. I risultati delle misurazioni di sondaggio di ogni persona professionalmente esposta a radiazioni devono essere registrate individualmente.

Riferimenti

1. Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP, SR *814.501*) del 26 aprile 2017.
2. Ordinanza del DFI sulla dosimetria individuale e ambientale (RS *814.501.43*) del 26 aprile 2017

Valore giuridico

Queste guide sono un aiuto all'esecuzione fornito dall'UFSP in qualità di autorità di vigilanza per la radioprotezione e si rivolgono primariamente ai titolari di licenze e ai periti (come pure alle autorità cantonali nel settore del radon). Concretizzano determinati requisiti richiesti dal diritto in materia di radioprotezione e corrispondono allo stato attuale della scienza e della tecnica. I titolari di licenze e i periti (o le autorità cantonali), che si attengono a queste guide possono presumere di eseguire conformemente il diritto in materia di radioprotezione.

Allegato 1: dosimetria nella manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate

Nuclide	Dosimetria per il corpo intero		Dosimetria delle estremità		Misura di sondaggio delle incorporazioni		
	necessaria a partire da		necessaria a partire da		necessaria a partire da		
H-3/C-14/ S-35/P-33	Attività in corso ¹	Utilizzazione annua ¹	Attività in corso ¹	Utilizzazione annua ¹		Misurazione diretta di un campione di urina mediante un contatore a scintillazione liquida	H-3: 42 000 Bq/l (30 gg.) C-14: 200Bq/l (1 sett.) P-33: 200 Bq/l (30 gg.) S-35: 150 Bq/l (60 gg.)
P-32 Sr-89 Sr-90	>100 LA (Area di lavoro B)	>200 LA	>100 LA (Area di lavoro B)	>200 LA		Misurazione diretta di un campione di urina mediante un contatore a scintillazione liquida	P-32: 200 Bq/l (30 gg.) Sr-89: 0.5 Bq/l (30 gg.) Sr-90: 0.05 Bq/l (30 gg.)
Y-90 Sm-153 Er-169 Lu-177 Re-186	>1 LA	>200 LA	>100 LA (Area di lavoro B)	>200 LA		Una volta tolti i guanti, misurazione della contaminazione delle mani mediante un rivelatore di contaminazione.	Y-90, Sm-153, Lu-177, Re-186: 300 Bq/cm ² Er-169: 1000 Bq/cm ² (dopo ogni impiego)
Ra-223	>1 LA			>200 LA	>200 LA o 20 LA in forma volatile	Una volta tolti i guanti, misurazione della contaminazione delle mani mediante un rivelatore di contaminazione.	Ra-223: 50 Bq/cm ² (dopo ogni impiego)
Tc-99m	>1 LA			>200 LA		Misurazione diretta della radiazione a livello dello stomaco o della tiroide.	1 µSv/h (al termine della giornata)
F-18 O-15 C-11 Ga-68 N-13	>1 LA			>200 LA		Misurazione diretta a livello dello stomaco/ dell'addome o sorveglianza dell'aria ambiente	1 µSv/h a livello dello stomaco Almeno ogni 4 ore 4 000 Bq/m ³ ²
I-123 I-124 I-131	>1 LA			>200 LA		Misurazione diretta dell'attività fissata dalla ghiandola tiroidea con un rivelatore di contaminazione	I-123: 1 400 Bq (12 ore) I-124: 3 000 Bq (7 gg.) I-131: 2 000 Bq (7 gg.)
I-125	>100 LA (Area di lavoro B)	>200 LA	>100 LA (Area di lavoro B)	>200 LA		Misurazione diretta dell'attività fissata dalla ghiandola tiroidea con un rivelatore di contaminazione	1 300 Bq (30 gg.)

¹ Se una delle condizioni è soddisfatta, deve essere eseguita la dosimetria corrispondente.

² Se la soglia di misura è superata, in accordo con l'autorità di sorveglianza, deve essere predisposta una verifica per determinare la dose efficace impegnata.

Allegato 2: servizi omologati di misura dell'incorporazione e nuclidi

HUG Service de Médecine Nucléaire Dosimetrie individuelle 4 rue Gabrielle-Perret-Gentil 1211 Genève 14	Tel. 022 372 71 44 E-mail: sophie.namy@hcuge.ch Internet: www.hug.ch
Institut de radiophysique (IRA) CHUV Rue du Grand-Pré 1 1007 Lausanne	Tel. 021 314 82 97 fax 021 314 82 99 E-mail: ira.dosimetrie@chuv.ch Internet: www.chuv.ch/ira
Labor Spiez (LS) Gruppe Radioaktivität Austrasse 3700 Spiez	Tel. 058 468 14 00 fax 058 468 14 02 E-mail: laborspiez@babs.admin.ch Internet: www.spiezlab.admin.ch/it
Paul Scherrer Institut PSI Dosimetrie Abteilung für Strahlenschutz und Sicherheit OFLD/002 5232 Villigen PSI	Tel. 056 310 23 60 fax 056 310 44 12 E-mail: dosimetry@psi.ch Internet: www.psi.ch/de/asi/dosimetrie
RC Tritec AG Speicherstrasse 60a Postfach 147 9053 Teufen	Tel. 071 335 73 73 fax 071 335 73 74 Internet: www.rctritec.com
Suva Bereich Chemie, Physik und Ergonomie Dosimetrie Postfach 4358 6002 Luzern	Tel. 041 419 58 57 fax 041 419 62 13 E-mail: dosimetrie@suva.ch Internet: www.suva.ch/dosimetrie

Nuclide¹	Metodo	HUG	IRA	LS	PSI	RC Tritec	Suva
H-3	Urina		X		X	X	X
C-14	Urina		X		X	X	X
P-32	Urina		X		X		X
P-33	Urina		X		X		X
S-35	Urina		X		X		X
Ca-45	Urina		X		X		X
Cr-51	Corpo intero	X		X	X		
Fe-59	Corpo intero	X		X	X		
Co-57	Corpo intero	X		X	X		
Co-58	Corpo intero	X		X	X		
Co-60	Corpo intero	X		X	X		
Ni-63	Urina				X		
Zn-65	Corpo intero	X		X	X		
Ga-67	Corpo intero	X		X	X		
Sr-85	Corpo intero	X		X	X		
Sr-89	Urina				X		
Sr-90	Urina		X		X		
Y-90	Urina				X		
Tc-99m	Corpo intero	X		X	X		
In-111	Corpo intero	X		X	X		
I-123	Tiroide		X		X		
I-124	Tiroide				X		
I-125	Tiroide		X		X		
I-131	Tiroide		X		X		
Cs-137	Corpo intero	X		X	X		
Eu-152	Corpo intero			X			
Eu-154	Corpo intero			X			
Sm-153	Corpo intero	X		X	X		
Er-169	Urina				X		
Lu-177	Corpo intero	X		X	X		
Re-186	Corpo intero	X		X	X		
Re-188	Corpo intero	X		X	X		
Tl-201	Corpo intero	X		X	X		
Po-210	Urina, feci		X		X		
Ra-226	Urina, feci		X		X		
Th-228	Urina, feci				X		
Th-232	Urina, feci				X		
U-234	Urina, feci		X		X		
U-235	Urina, feci		X		X		
U-238	Urina, feci		X		X		
Np-237	Urina, feci				X		
Pu-238	Urina, feci				X		
Pu-239	Urina, feci		X		X		
Pu-240	Urina, feci				X		
Am-241	Urina, feci		X		X		
Cm-242	Urina, feci				X		
Cm-244	Urina, feci				X		

¹ Per determinare la dose efficace impegnata di nuclidi che non sono elencati in questa tabella contattare l'autorità di vigilanza.